

OneTouch Reveal[®] Aplicación Web

Manual del usuario para pacientes

Instrucciones de uso

Contenido

Capítulo 1: Introducción.....	3
Descripción general del producto.....	3
Uso previsto.....	3
Requisitos del sistema.....	3
Soporte técnico.....	3
Navegación.....	4
Capítulo 2: Cómo usar la Aplicación Web OneTouch Reveal®	5
Regístrese para usted mismo.....	5
Inicie sesión como tutor de un dependiente.....	5
Inicie sesión como tutor de un dependiente.....	6
Cuando su dependiente cumpla la edad 18.....	6
Configuraciones.....	7
Opciones de configuración.....	7
Sus informes.....	10
Capítulo 3: Transferencia de datos.....	12
Transferencia de datos.....	12
Instalar la Herramienta de transferencia de datos OneTouch Reveal®	12
Transferir datos desde el dispositivo mediante la Herramienta de transferencia de datos.....	12
Menú de la Herramienta de transferencia de datos.....	13
Borrar dispositivo usando la herramienta de transferencia de datos	14
Personalizar las configuraciones de la herramienta de transferencia de datos.....	14
Capítulo 4: Recursos.....	16
Recursos.....	16
Glosario.....	16
Dispositivos admitidos.....	19
Solución de problemas.....	19
Capítulo 5: Detalles del informe.....	21
Detalles del informe para su profesional de la salud.....	21
Colores y símbolos en los informes.....	22
Mensajes de tendencia.....	23
Notas de pie de página en los informes.....	23
Informe resumido del paciente.....	24
Informe de progreso y libro de registro de 14 días.....	25
Informe del análisis de excursión.....	25
Informe de análisis de cumplimiento.....	25
Informe de vista diaria integrada.....	25
Informe del libro de registro.....	26
Informe de la lista de datos.....	26
Informe de detalles por día de la semana.....	26
Informe de detalles por hora del día.....	27
Acerca de.....	28

Capítulo

1

Introducción

Descripción general del producto

Antes de utilizar esta aplicación lea atentamente este Manual del usuario. Téngalo a mano para consultarlo cuando utilice la aplicación.

OneTouch Reveal[®] es una aplicación web que le muestra su nivel de glucosa en la sangre en una forma totalmente nueva. Los objetos visuales simples ayudan a ver las lecturas de su nivel de glucosa en la sangre junto con datos importantes, como los alimentos y la insulina.

Puede imprimir informes específicamente diseñados para compartir con su profesional de la salud. Los informes pueden ayudarlo a analizar cualquier cambio que usted pueda hacer para controlar mejor su nivel de glucosa en la sangre en el futuro.

Puede descargar una copia de este archivo de ayuda al hacer clic en **ayuda** en la esquina superior derecha de su pantalla, hacer clic en descargar manual, y abrir o descargar una versión en PDF de este. Necesitará Adobe[®] Acrobat[®] Reader[®] u otra aplicación PDF para leer el archivo de ayuda.

Uso previsto

La aplicación web OneTouch Reveal[®] está diseñada para ser utilizada por personas o profesionales de la salud en el hogar o en centros de atención médica para transmitir datos desde dispositivos de control personal, como medidores de glucosa y bombas de insulina, a una base de datos de un servidor para respaldar el control de la diabetes. El dispositivo está previsto para uso profesional y es de venta libre.



ADVERTENCIA: Los informes están diseñados para ser utilizados solamente por su profesional de la salud. Revise los informes con su profesional de la salud antes de realizar cualquier cambio a su régimen de tratamiento de la diabetes.

Requisitos del sistema

Para acceder a la lista de los Dispositivos admitidos y a la lista de requerimientos de hardware y software necesarios para utilizar la aplicación web OneTouch Reveal[®], haga clic en el siguiente enlace:

OneTouchReveal.com/support/es_US/

El uso continuo de un medidor o un navegador no compatible significa que los riesgos de seguridad cibernética para los usuarios finales aumentarán con el tiempo. Mantenga la aplicación web OneTouch Reveal[®] actualizada a la última versión, porque las actualizaciones críticas y los parches de seguridad a menudo se distribuyen a través de estas actualizaciones. Mientras que la aplicación OneTouch Reveal[®] utiliza protocolos de cifrado y autenticación de extremo a extremo para proteger su información; los usuarios y los profesionales de la salud no deben acceder a la aplicación web desde dispositivos y navegadores no compatibles.

NOTA: Los navegadores o software no compatibles pueden no funcionar correctamente con la aplicación web OneTouch Reveal[®].

Soporte técnico

Si tiene alguna pregunta sobre el uso de la aplicación web OneTouch Reveal[®], comuníquese con el Servicio de atención al cliente escribiendo a CustomerService@LifeScan.com o llamando a 1 866 693-0599 (Lunes - Viernes, de 8 a.m. - 8 p.m., hora del Este). Si no puede comunicarse con el Servicio de atención al cliente, comuníquese con su profesional de la salud para recibir asesoramiento.

Navegación

La aplicación web OneTouch Reveal[®] proporciona pestañas, enlaces e iconos para ayudarlo a pasar de una pantalla a otra y hacer selecciones.

Algunos iconos le permiten navegar a otras secciones de la aplicación o realizar ciertas tareas. Otros iconos le permiten ver información adicional sobre de sus lecturas de glucosa en la sangre, tendencias y también le permiten introducir información adicional.

Seleccione esto	Para hacer esto
	Avanzar o retroceder
	Abrir o cerrar menús desplegables
	Acceder al selector de fechas del calendario
	Imprimir una copia en papel
	Obtener ayuda
Cuando vea esto	Representa
	El icono para la Herramienta de transferencia de datos
	Una advertencia o precaución

Tabla 1: Otros iconos

Cuando vea esto	Representa
	Fabricante

Capítulo

2

Cómo usar la Aplicación Web OneTouch Reveal®

Regístrese para usted mismo

Necesita tener la edad 18 o mayor para usar esta aplicación. Los guardianes de 18 años o más pueden crear una cuenta en nombre de sus dependientes menores de 18.

Si ya tiene una OneTouch® cuenta, puede utilizarlo para iniciar sesión. Cualquier OneTouch® cuenta funcionará.

Si aún no tiene una OneTouch® cuenta, cree una siguiendo estos pasos.

1. Con su navegador web, vaya a OneTouchReveal.com.
2. Si aún no tiene una OneTouch® cuenta, haga clic en **Cree una cuenta**.
3. En la siguiente pantalla, haga clic en el círculo en el cuadro que dice **Tengo diabetes**..
4. Luego, seleccione su **País** de residencia y su **Idioma** de preferencia.
5. Haga clic **Siguiente paso** y siga las instrucciones para completar el registro de la cuenta usted mismo.

NOTA: Para asegurarse de que su información esté segura, cambie las contraseñas cada 90 días.

NOTA: Mantenga la aplicación web OneTouch Reveal® actualizada a la última versión, porque las actualizaciones críticas y los parches de seguridad a menudo se distribuyen a través de estas actualizaciones. Mientras que la aplicación OneTouch Reveal® utiliza protocolos de cifrado y autenticación de extremo a extremo para proteger su información; los usuarios y los profesionales de la salud no deben acceder a la aplicación web desde dispositivos y navegadores no compatibles.

Inicie sesión como tutor de un dependiente

Necesita tener la edad 18 o mayor para usar esta aplicación. Los guardianes de 18 años o más pueden crear una cuenta en nombre de sus dependientes menores de 18.

Si ya tiene una cuenta de tutor para su dependiente, ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y contraseña y haga clic en **Iniciar sesión**.

Si aún no tiene una OneTouch® cuenta de tutor, cree una siguiendo estos pasos.

1. Con su navegador web, vaya a OneTouchReveal.com.
2. Haga clic en **Cree una cuenta**..

NOTA: Si ya tiene una cuenta de tutor para su dependiente, ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y contraseña, y haga clic en **Iniciar sesión**.

3. En la siguiente pantalla, haga clic en el círculo en el cuadro que dice **Cuenta de tutor**.
4. Luego, seleccione su **País** de residencia y su **Idioma** de preferencia.
5. Luego, haga clic en **Siguiente paso**.
6. En la siguiente pantalla, ingrese la información de su cuenta de tutor:
 - Nombre del tutor
 - Dirección de correo electrónico del tutor
 - Confirmar dirección de correo electrónico del tutor
 - Contraseña
 - Confirmar contraseña

NOTA:

- Puede registrar solo un dependiente por cuenta de tutor. Si tiene más de un dependiente, deberá crear una cuenta de tutor independiente con diferentes credenciales de inicio de sesión para cada dependiente.
 - Las contraseñas deben tener entre 8 y 16 caracteres, contener como mínimo 1 número y 1 letra y no pueden contener los símbolos < > = " +
 - Si su dirección de correo electrónico no es válida o su dirección de correo electrónico o contraseñas no coinciden, se le indicará que vuelva a ingresarlas.
7. Una vez que haya leído el **Consentimiento para procesar mis datos personales e información personal sensible**, marque la casilla para indicar que está de acuerdo.
Aparecerá una marca de verificación para confirmar que ha aceptado.
 8. Si desea optar por recibir elementos de marketing, marque la casilla correspondiente para indicar que está de acuerdo.
 9. Luego, haga clic en **Siguiente paso**.
 10. En la siguiente pantalla, ingrese los detalles de su dependiente, incluidos:
 - Nombre
 - Fecha de nacimiento
 - Género
 - Tipo de diabetes
 - ¿Cómo se maneja la diabetes de su dependiente?
 - Código de la clínica (opcional)

NOTA:

- Si desea compartir los datos de su dependiente con un equipo de atención en particular, un profesional o un grupo de profesionales que ayuden a controlar su condición, comuníquese con ellos, directamente, para obtener su código clínico. Para dejar de compartir la información de su dependiente, comuníquese con su equipo de atención, directamente, o elimine, permanentemente, la cuenta de su dependiente.
 - Para asegurarse de que su información esté segura, cambie las contraseñas cada 90 días.
11. Haga clic en **Siguiente paso** para continuar.
 12. Marque la casilla junto a **No soy un robot**.
 13. En la siguiente pantalla, haga clic en **Siguiente paso** para aceptar la declaración sobre el botón.
OneTouch® le enviará un correo electrónico pidiéndole que confirme su dirección de correo electrónico.

Inicie sesión como tutor de un dependiente

NOTA: Si aún no tiene una cuenta de tutor, consulte [Inicie sesión como tutor de un dependiente](#) en la página 5.

Si ya tienes una OneTouch® cuenta de tutor en nombre de un dependiente, siga estos pasos para iniciar sesión.

1. Con su navegador web, vaya a OneTouchReveal.com.
2. Ingrese la dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta de tutor y marque la casilla junto a **Dirección de correo electrónico del tutor**.
3. Luego, haga clic en **Iniciar sesión**

Cuando su dependiente cumpla la edad 18

Cuando su dependiente cumpla la edad 18, serán elegibles para hacerse cargo de su propia cuenta, momento en el que ya no podrá ver sus datos utilizando su cuenta de tutor.

Un mensaje que dice "**¡Feliz cumpleaños número 18!**" aparecerá. Para que el antiguo dependiente se haga cargo de la cuenta, debe actualizarla con su propia dirección de correo electrónico y contraseña.

Debe ser una dirección de correo electrónico que no esté siendo utilizada para otra OneTouch® cuenta.

NOTA: Para asegurarse de que su información esté segura, cambie las contraseñas cada 90 días.

1. Una vez que hayan leído los **Términos de uso** y **Política de privacidad**, el nuevo titular de la cuenta debe hacer clic en la casilla correspondiente confirmando que está de acuerdo
 2. Si desean optar por recibir material de marketing, pueden marcar la casilla correspondiente y luego hacer clic en **Siguiente paso**
- OneTouch® enviará al nuevo titular de la cuenta un correo electrónico pidiéndole que confirme su dirección de correo electrónico.

Configuraciones

Las configuraciones le permiten personalizar algunos ajustes, como sus intervalos objetivo, cronograma diario y horarios de comidas.

Opciones dentro de Configuraciones

Perfil

Agregar o cambiar su información personal, incluido lo siguiente:

[Editar su información general](#) en la página 7

Puede cambiar las entradas actuales para su nombre, fecha de nacimiento y sexo.

[Editar su información de contacto](#) en la página 8

Puede editar su dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico.

[Cambiar su contraseña](#) en la página 8

Puede cambiar su contraseña de OneTouch Reveal®.

[Cambiar su dirección de correo electrónico](#) en la página 8

Puede cambiar su dirección de correo electrónico.

[Editar su idioma](#) en la página 8

Puede elegir el idioma utilizado por la aplicación web OneTouch Reveal® de una lista de idiomas admitidos en su país.

[Cambiar sus niveles objetivo de glucosa en la sangre](#) en la página 8

Puede cambiar sus intervalos objetivo y el tipo de diabetes.

[Ingrese su método de control de la diabetes](#) en la página 9

Puede especificar o editar cómo controlar su diabetes.

[Información de la clínica](#) en la página 9

Puede enviar una solicitud para compartir sus datos con un profesional de la salud.

[Cambiar su Cronograma de la franja horaria del paciente](#) en la página 9

Cambie los nombres y las duraciones de un cronograma que afecta a determinados informes.

Opciones de configuración

Perfil

Haga clic en **Perfil** para editar la información de su cuenta.

Editar su información general

Editar el nombre, el sufijo, la fecha de nacimiento y el sexo. Tenga en cuenta que se requieren algunas entradas.

1. Haga clic en **Configuraciones**.
2. Haga clic en **Editar** a la derecha de **Información general**.
3. Al finalizar, haga clic en **Guardar**.

Editar su información de contacto

Edite la dirección, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico.

1. Haga clic en **Configuraciones**.
2. Haga clic en **Editar** a la derecha de **Información de contacto**.
3. Al finalizar, haga clic en **Guardar**.

Cambiar su contraseña

Las contraseñas deben tener una longitud de entre 8 y 16 caracteres, y contener al menos una letra y un número.

1. Haga clic en **Configuraciones**.
2. Haga clic en **Cambiar contraseña** a la derecha de **Nombre de usuario/contraseña**.
3. Ingrese su contraseña actual.
4. Ingrese y confirme la nueva contraseña.
5. Al finalizar, haga clic en **Guardar**.

Cambiar su dirección de correo electrónico

Puede cambiar la dirección de correo electrónico que se proporcionó cuando se creó la cuenta de OneTouch Reveal®, pero recuerde lo siguiente:

- Su dirección de correo electrónico puede ser igual a su **Nombre de usuario**.
- El **Nombre de usuario** que se creó como parte de su cuenta de OneTouch Reveal® no puede modificarse.
- Debe tener una dirección de correo electrónico asociada a su cuenta de OneTouch Reveal®.

1. Haga clic en **Configuraciones**.
2. Haga clic en **Editar** a la derecha de **Dirección de correo electrónico**.
3. Ingrese una nueva dirección de correo electrónico.
4. Ingrese su contraseña para confirmar el cambio de dirección de correo electrónico.
5. Haga clic en **Guardar**.

Editar su idioma

NOTA: Solamente puede elegir idiomas admitidos por el OneTouch Reveal® en su país.

1. Haga clic en **Configuraciones**.
2. Haga clic en **Editar** a la derecha de **Idioma**.
3. Haga clic en el menú desplegable de **Idioma** y seleccione un idioma.
4. Haga clic en **Guardar**.

Cambiar sus niveles objetivo de glucosa en la sangre

La aplicación web OneTouch Reveal® tiene intervalos de niveles objetivo preestablecidos (predeterminados), mediante los cuales se ubican las lecturas de glucosa en la sangre dentro de determinadas categorías. Los rangos se utilizan para determinar cuándo las lecturas de glucosa en la sangre se encuentran dentro o fuera del intervalo de niveles objetivo y le permite saber cuándo los niveles de glucosa en la sangre son demasiado bajos o demasiado altos. Los rangos incluyen los valores para antes de las comidas, después de las comidas y general, y valores específicos para la hipoglucemia y la hiperglucemia graves. Puede usar la configuración predeterminada o elegir otros valores.

1. Haga clic en **Configuraciones**.
2. Haga clic en **Editar** a la derecha de **Cuidado de la diabetes**.
3. Puede realizar las siguientes acciones:

Para	Haga esto
Seleccione un tipo de diabetes	Confirme el tipo de diabetes y, si es necesario, elija uno diferente de la lista desplegable.
Usar intervalos predeterminados	Si desea utilizar los valores predeterminados, desactive la casilla junto a Establecer intervalos personalizables .
Usar intervalos personalizados	Si desea utilizar sus propios intervalos objetivo en lugar de los valores predeterminados, seleccione Establecer intervalos personalizables . Ingrese los valores de sus límites superiores e inferiores para Antes de comer y Después de comer . También puede ingresar valores para un Bajo grave y un Alto grave .

4. Al finalizar, haga clic en **Guardar**.

Ingrese su método de control de la diabetes

Puede especificar las diferentes formas en las que controla su diabetes.

Mantener el control de la diabetes al día es importante porque recibirá consejos en función de esta información.

1. Haga clic en **Configuraciones**.
2. Haga clic en **Perfil**.
3. Haga clic en **Editar** a la derecha de **Control de la diabetes**.
4. Haga clic en la casilla junto a cualquier método que utiliza para controlar su diabetes.
5. Al finalizar, haga clic en **Guardar**.

Información de la clínica

Envíe una solicitud para compartir sus datos con un profesional de la salud.

1. Haga clic en **Configuraciones**.
2. Haga clic en **Perfil**.
3. Haga clic en **Agregar una clínica**.
4. Ingrese el código clínico de 6 caracteres que le proporcionó su profesional de la salud y, a continuación, haga clic en **Buscar**.
5. Asegúrese de que se identificó la clínica a la que usted desea conectarse.
6. Haga clic en **Sí** para enviar su solicitud para conectarse o haga clic en **Volver a ingresar el código** para volver a empezar.

NOTA: Se enviará una notificación a su profesional de la salud para aceptar su solicitud. Recibirá una notificación por correo electrónico cuando su profesional de la salud acepte o rechace su solicitud.

Cambiar su Cronograma de la franja horaria del paciente

Las configuraciones de un paciente en el OneTouch Reveal® incluyen una función de **Cronograma de la franja horaria** que afecta a diversos informes, incluidos los informes de **Resumen del paciente**, **Lista de datos** y **Detalles por hora del día**. El **Cronograma de la franja horaria** divide el día en ocho períodos: **Durante la noche**, **Antes del desayuno**, **Después del desayuno**, **Antes del almuerzo**, **Después del almuerzo**, **Antes de la cena**, **Después de la cena** y **Hora de acostarse**.

Los pacientes pueden editar el horario de inicio y finalización de cada franja horaria en la pestaña **Perfil** de sus configuraciones en la aplicación web OneTouch Reveal®. También pueden editar los nombres de las franjas horarias ellos mismos.

1. Haga clic en **Configuraciones**.
2. Haga clic en **Editar** a la derecha de **Cronograma de la franja horaria**.
3. El horario de inicio para siete de los ocho períodos aparecerá como enlaces en los que se puede hacer clic.
Haga clic en cada enlace para modificar el horario de inicio.
4. Cuando hace clic en el enlace, aparece un menú desplegable debajo de este.

Puede elegir horarios de inicio en incrementos de 15 minutos.

5. Cuando cambie el horario de inicio de un período, el horario de finalización del período anterior cambiará automáticamente.
6. Puede cambiar los horarios de inicio para las otras franjas horarias a sus horarios preferidos.
7. Cuando el **Cronograma de la franja horaria** está en modo editar, cada **Nombre** será un campo de texto editable en el que puede cambiar el nombre del período de tiempo.
8. Cuando termine de actualizar los horarios de inicio y los nombres de las franjas horarias, haga clic en **Guardar**.

Sus informes

Sus informes

La página de aterrizaje **Sus informes** le permite decidir cómo ver, imprimir y guardar sus informes. Su **Seleccionar un informe predeterminado** es el informe que se muestra cada vez que visita la página de aterrizaje **Sus informes**.



ADVERTENCIA: Los informes están diseñados para ser utilizados solamente por su profesional de la salud. Revise sus informes con el profesional de la salud que lo atiende antes de hacer cambios a su régimen de cuidado de la diabetes.

Sus informes Página de aterrizaje

[Ver un informe diferente](#) en la página 10

Vea un informe diferente al que se muestra actualmente en la pestaña.

[Cambiar el intervalo de fechas para un informe](#) en la página 10

Puede cambiar la cantidad de días de datos (14, 30, 90 días o intervalo personalizado) que desea incluir en la mayoría de los informes.

[Descargar un informe](#) en la página 11

Usted tiene la opción de imprimir el informe que está viendo actualmente.

NOTA: Si su profesional de la salud no utiliza actualmente la aplicación web OneTouch Reveal®, imprima una copia de [Detalles del informe para su profesional de la salud](#) en la página 21 y revísenla juntos. Juntos, pueden decidir qué informes llevar a futuras visitas clínicas.

Opciones de la página de aterrizaje de sus informes

Ver un informe diferente

Cada vez que ingrese a **Sus informes**, aparecerá su informe predeterminado. La mayoría de los demás informes se pueden ver e imprimir desde esta pestaña.

1. Haga clic en la flecha junto al nombre del informe que se muestra actualmente.
2. En el menú desplegable, seleccione el informe que desea ver.

Se muestra el nuevo informe.

Cambiar el intervalo de fechas para un informe

Mientras está mirando un informe que permite varias vistas de intervalos de fechas, puede cambiar el intervalo de fechas para ese informe. El intervalo de fechas es la cantidad de días (14, 30, 90 días o intervalo personalizado) que desea incluir en cada informe.

1. Haga clic en el icono de calendario () junto al intervalo de fechas actual. Aparecerá la pantalla emergente **Elija un intervalo de fechas** y se mostrarán 3 meses calendario, con el mes actual en el centro. Utilice los botones de flecha si desea que su intervalo de fechas incluya datos de un período de 3 meses diferentes.

Puede realizar las siguientes acciones:

2. Seleccione un intervalo de 14, 30 o 90 días.
 - a) Cambie el intervalo de fechas (**14 días, 30 días o 90 días**).

b) En las casillas de calendario, haga clic en las fechas de finalización para el intervalo.

El intervalo de fechas seleccionado aparece ahora en el calendario como casillas en azul sombreadas.

3. Seleccione un intervalo personalizado.

a) Seleccione **Personalizar**.

b) En las casillas de calendario, haga clic en las fechas de inicio y finalización para el intervalo personalizado (que no supere los 90 días).

El intervalo de fechas seleccionado aparece ahora en el calendario como casillas en azul sombreadas.

4. Al finalizar, haga clic en **Aplicar**.

Descargar un informe

Usted tiene la opción de descargar un solo informe (el que se muestra o está seleccionado actualmente).



ADVERTENCIA: Los informes están diseñados para ser utilizados solamente por su profesional de la salud. Revise sus informes con el profesional de la salud que lo atiende antes de hacer cambios a su régimen de cuidado de la diabetes.

Haga clic en el botón **Descargar informe**.

Se crea un archivo PDF único que contiene el informe que se puede ver, imprimir y guardar.

Capítulo

3

Transferencia de datos

Transferencia de datos

La aplicación web OneTouch Reveal[®] utiliza los datos recogidos a partir de uno o más dispositivos compatibles para generar informes. Para transferir datos usando la Herramienta de transferencia de datos, primero debe instalarla.

Después de completar la inscripción para el OneTouch Reveal[®], se proporciona un enlace para descargar e instalar el **Herramienta de transferencia de datos**. También puede descargar el **Herramienta de transferencia de datos** cuando inicia sesión en OneTouch Reveal[®] al hacer clic en **ayuda**.

NOTA: Para obtener una lista completa de dispositivos compatibles, haga clic en el siguiente enlace:

OneTouchReveal.com/support/es_US/

Mientras que la OneTouch Reveal[®] aplicación utiliza protocolos de cifrado y autenticación de extremo a extremo para proteger su información, no utilice ningún otro cable, dispositivo o medio para transferir datos.

Instalar la Herramienta de transferencia de datos OneTouch Reveal[®]

La Herramienta de transferencia de datos ofrece una forma de transferir datos desde un dispositivo compatible hacia la aplicación web OneTouch Reveal[®] y esta deberá estar instalada para poder transferir datos.

NOTA: Debe tener una cuenta OneTouch Reveal[®] para usar la Herramienta de transferencia de datos.

Instrucciones de instalación:

1. Iniciar sesión a su cuenta OneTouch Reveal[®].
2. Haga clic en **ayuda**.
Esta se encuentra en la esquina superior derecha de cada pantalla.
3. Haga clic en el botón **Descargar** debajo de **Herramienta de transferencia de datos**.
4. Siga las instrucciones para completar la instalación.
5. Asegúrese de que no haya un cable USB OneTouch[®] conectado a su computadora y haga clic en **OK**.
6. Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.
Aparecerá una pantalla emergente cuando se complete la instalación. Si lo desea, seleccione **Crear un icono en el Escritorio** para crear un acceso directo en el escritorio. También puede optar por abrir la Herramienta de transferencia de datos cuando inicia su computadora.
7. Haga clic en **Terminar**

NOTA: Después de la instalación, se le puede pedir que reinicie su computadora.

Transferir datos desde el dispositivo mediante la Herramienta de transferencia de datos

Solo puede transferir datos a la aplicación web OneTouch Reveal[®] desde un dispositivo compatible. Para obtener una lista completa de dispositivos compatibles, instrucciones de conexión u otra información sobre cada dispositivo, haga clic en el siguiente enlace: OneTouchReveal.com/support/es_US/. Asegúrese de estar utilizando el cable correcto para el dispositivo para transferir datos.

1. Conecte el dispositivo a su computadora, utilizando el cable adecuado.
Abra la Herramienta de transferencia de datos OneTouch Reveal® y seleccione **Encontrar mi dispositivo**. La Herramienta de transferencia de datos OneTouch Reveal® buscará el dispositivo. Cuando se encuentre el dispositivo, aparecerá una pantalla de confirmación.
2. Inicie sesión en la aplicación web OneTouch Reveal® con su nombre de usuario y contraseña.
Se omitirá este paso si ya ha proporcionado esta información y eligió que se recordara su información de inicio de sesión.
3. Haga clic en **Confirmar** para transferir datos.

NOTA:

- Si la hora programada en el dispositivo y en la computadora difieren en más de 15 minutos, una pantalla emergente le pedirá que las sincronice. Haga clic en **Sí** si desea que la hora del dispositivo coincida con la hora de la computadora. Esta pantalla no aparecerá si elige siempre sincronizar la hora en la pestaña **Configuraciones**.
 - Cuando se estén transfiriendo datos, puede hacer clic en **CANCELAR** en cualquier momento para detener la transferencia de todos los datos por cualquier motivo. Los datos se almacenan en la aplicación web OneTouch Reveal® solo cuando la transferencia de datos se haya completado.
4. Aparece una pantalla emergente cuando se completa la transferencia, haga clic en **OK**.

Menú de la Herramienta de transferencia de datos

Puede acceder a las configuraciones de la Herramienta de transferencia de datos más utilizadas haciendo clic con el botón derecho en el icono de la Herramienta de transferencia de datos (🔍) en la bandeja del sistema (PC) o en la barra del menú (Mac).

Configuraciones

Al hacer clic en **Configuraciones** se abrirán las pestañas **Configuraciones**, **Información para el inicio de sesión**, **Dispositivos** y **Ayuda** de la Herramienta de transferencia de datos. Consulte [Personalizar las configuraciones de la herramienta de transferencia de datos](#) en la página 14 para obtener instrucciones sobre cómo cambiar esta configuración.

Encontrar mi dispositivo

Cuando selecciona **Encontrar mi dispositivo**, la Herramienta de transferencia de datos iniciará la búsqueda de un dispositivo compatible que esté conectado a su computadora mediante el cable correspondiente.

Configuraciones de comunicación del dispositivo

Si no se selecciona **Deshabilitar la detección automática del dispositivo** bajo **Configuraciones de comunicación del dispositivo** en la pestaña **Configuraciones**, la **Herramienta de transferencia de datos** buscará automáticamente un dispositivo.

Ver registros

Cuando selecciona **Ver registros**, puede ver información técnica sobre una transferencia de datos.

Limpiar dispositivo

La Herramienta de transferencia de datos se puede utilizar para borrar los datos almacenados en algunos dispositivos compatibles. Consulte [Borrar dispositivo usando la herramienta de transferencia de datos](#) en la página 14 para obtener instrucciones.

Ayuda

Proporciona un enlace a este Manual del usuario y otra información de contacto para obtener ayuda.

Salir

Cierra la aplicación Herramienta de transferencia de datos.

Borrar dispositivo usando la herramienta de transferencia de datos

La Herramienta de transferencia de datos se puede utilizar para borrar los datos almacenados en algunos dispositivos compatibles. Para obtener una lista de dispositivos y su capacidad para borrar datos, haga clic en el siguiente enlace: [OneTouchReveal.com/support/es_US/](https://www.onetouchreveal.com/support/es_US/).

Una vez borrados, los datos del dispositivo que se cargaron previamente a través del **Herramienta de transferencia de datos** solo estarán disponibles a través de la aplicación web OneTouch Reveal®.

1. Conecte el dispositivo a su computadora, utilizando el cable adecuado.
Abra la Herramienta de transferencia de datos OneTouch Reveal® y seleccione **Encontrar mi dispositivo**. La Herramienta de transferencia de datos OneTouch Reveal® buscará el dispositivo. Cuando se encuentre el dispositivo, aparecerá una pantalla de confirmación.
2. Haga clic con el botón derecho en el icono de la **Herramienta de transferencia de datos**  en la bandeja del sistema (PC) o en la barra del menú (Mac).
3. Haga clic en **Limpiar dispositivo** en el menú emergente.
4. Haga clic en **Limpiar dispositivo** para borrar de forma permanente datos del dispositivo.
Una pantalla emergente confirmará que los datos se están borrando.
5. Haga clic en **OK** para cerrar el mensaje de confirmación.

Personalizar las configuraciones de la herramienta de transferencia de datos

La Herramienta de transferencia de datos se instala con configuraciones predeterminadas que se pueden personalizar abriendo la Herramienta de transferencia de datos y cambiando las pestañas **Configuraciones**, **Información para el inicio de sesión**, **Dispositivos** y **Ayuda**.

Pestaña Configuraciones

En la pestaña **Configuraciones** se puede personalizar estas opciones:

- Seleccione **Ir a la aplicación web OneTouch Reveal® después de cada transferencia** si desea que la Herramienta de transferencia de datos abra su explorador predeterminado e inicie sesión en la aplicación web OneTouch Reveal® después de una transferencia de datos exitosa.
- Seleccione **Mostrar la pantalla de inicio** para visualizar la pantalla de inicio cada vez que se abra la herramienta de transferencia de datos.

Puede utilizar **Configuraciones de comunicación del dispositivo** para configurar la Herramienta de transferencia de datos para encontrar automáticamente un dispositivo compatible cuando se conecte a su computadora.

- Seleccione **Deshabilitar la detección automática del dispositivo** si no desea que la Herramienta de transferencia de datos encuentre, automáticamente, un dispositivo cuando lo conecte a su computadora mediante el cable correspondiente.
- Use las flechas o escriba un número en el campo **Intervalo de sondeo** para especificar la frecuencia con que la Herramienta de transferencia de datos buscará un dispositivo conectado.
- Utilice la lista desplegable **Puerto** si desea especificar el puerto que se utilizará para la conexión del dispositivo. Seleccione **Búsqueda automática** si desea que la herramienta de transferencia de datos busque todos los puertos disponibles para un dispositivo conectado.

- Utilice **Configuraciones de sincronización del reloj** para elegir si desea configurar automáticamente la hora del dispositivo a la hora del sistema de la computadora cuando la diferencia sea de más de 15 minutos.

Pestaña Información para el inicio de sesión

Puede configurar la Herramienta de transferencia de datos para iniciar sesión en la aplicación web OneTouch Reveal® sin ingresar su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y contraseña cada vez que transfiera datos. Para habilitar el inicio de sesión automático, marque la casilla e introduzca el **Nombre de usuario** y la **Contraseña** necesarios.

Pestaña Dispositivos

En la pestaña **Dispositivos**, puede seleccionar los dispositivos que use.

Pestaña Ayuda

La pestaña **Ayuda** proporciona un enlace a este Manual del usuario y otra información de contacto para obtener ayuda.

Capítulo

4

Recursos

Recursos

Esta sección contiene información adicional que puede ser útil.

NOTA: Cuando se utiliza el término glucosa en este manual, se hace referencia al nivel de glucosa en la sangre o a los datos obtenidos a través del control continuo de glucosa (CGM).

Glosario

Este Glosario define los términos utilizados en la aplicación web OneTouch Reveal[®] y su Manual del usuario, así como algunos de los términos médicos comunes asociados con la diabetes.

Informe de análisis de cumplimiento

Un informe OneTouch Reveal[®] que brinda una descripción general de los datos de cumplimiento para las mediciones y las actividades de la bomba glucosa en la sangre, para un intervalo de fechas determinado.

Intervalo de riesgos diarios promedio (ADRR)

Una medición de la variabilidad de las fluctuaciones del nivel de en la sangre El intervalo utiliza una escala de 0 a 60. Una medición de 0 a 20 representa un bajo riesgo, una medición de 21 a 40 representa un riesgo medio y una medición de 41 a 60 representa un riesgo alto.

Glucosa promedio

La media aritmética calculada para un conjunto de lecturas de glucosa en la sangre.

Dosis basal

La cantidad continua de insulina que el cuerpo necesita durante el día.

Glucosa en la sangre (BG)

Se refiere a los resultados de la glucosa obtenidos de una muestra de sangre. “Glucosa en la sangre” o su abreviatura (BG) se utilizan en los informes para identificar estos resultados.

Dosis de bolo

Las unidades adicionales de insulina necesarias para cubrir la ingesta de carbohidratos o para corregir un alto contenido de en la sangre.

Cánula

Un tubo flexible que se inserta en una cavidad corporal, conducto o vaso para drenar líquido o administrar una sustancia, como un medicamento (por ejemplo, insulina).

Monitoreo de glucosa continuo (CGM)

Un sistema de monitoreo que mide la glucosa en los fluidos corporales debajo de la piel de manera casi continua, mediante un sensor que se inserta a través de la piel o se implanta debajo de ella.

Coefficiente de variación

El coeficiente de variación (CV) se define como la proporción entre la desviación estándar (SD) y la media (promedio), expresada como porcentaje: $\%CV = 100 \times SD/\text{media}$.

Informe de la lista de datos

Un informe OneTouch Reveal[®] que ofrece una vista tabular de todos los datos capturados por el dispositivo para un intervalo de fechas determinado visualizados en orden cronológico.

Registro de datos

Información en la aplicación web OneTouch Reveal[®], tal como una lectura de glucosa en la sangre, dosis de insulina u otra información (por ejemplo, nombre).

Intervalo de fechas

La cantidad de días (14, 30, 90 días o un intervalo personalizado), correspondiente a los datos que se incluyen en cada informe OneTouch Reveal[®], a menos que se indique lo contrario.

Informe predeterminado

El informe OneTouch Reveal[®] aparece primero cada vez que abra la pestaña **Informes**. El informe predeterminado se puede cambiar a cualquier otro informe en cualquier momento.

Niveles predeterminados

Se refiere a los intervalos de glucosa objetivo u opciones de informe que están preestablecidos en la aplicación web OneTouch Reveal[®].

Informe de detalles por día de la semana

Un informe OneTouch Reveal[®] que proporciona un resumen de lecturas de glucosa en la sangre, la ingesta de insulina y carbohidratos según el día de la semana, para un intervalo de fechas seleccionado.

Informe de detalles por hora del día

Un informe OneTouch Reveal[®] que proporciona un resumen de lecturas de glucosa en la sangre, la ingesta de insulina y carbohidratos según la hora del día, para un intervalo de fechas seleccionado.

Dispositivo

Un producto que proporciona datos sobre la diabetes que se pueden compartir con la aplicación web OneTouch Reveal[®].

Número de serie del dispositivo

Un número único que se almacena en la memoria de cada dispositivo de monitoreo de glucosa. La aplicación web OneTouch Reveal[®] obtiene el número de serie del dispositivo al transferir los datos de la glucosa para poder hacer un seguimiento del dispositivo donde se originaron los datos.

Informe del análisis de excursión

Un informe OneTouch Reveal[®] que proporciona una lista de las tendencias de hiperglucemia, hipoglucemia, variabilidad y de la bomba, para un intervalo de fechas determinado.

Notas de pie de página

Los mensajes que aparecen en la parte inferior de los informes OneTouch Reveal[®] que comunican información adicional.

Índice de glucosa alta en la sangre (HBGI)

Una medición para calcular el riesgo de hiperglucemia. Una puntuación de 4.5 o menos indica un riesgo bajo, una puntuación por encima de 4.5 a 9.0 indica un riesgo moderado y una puntuación superior a 9.0 indica un riesgo alto.

Lecturas de glucosa HIGH (altas)

Cuando aparece "HIGH" (o "HI") en mayúsculas en un informe, se refiere a las lecturas de glucosa por encima del intervalo informable del dispositivo de monitoreo de la glucosa.

Hiperglucemia

Un estado en el que el paciente tiene un nivel de glucosa en la sangre muy alto. La definición clínica de hiperglucemia es un nivel de glucosa en la sangre superior a 180 mg/dL.

Hipoglucemia

Un estado en el que el paciente tiene un nivel de glucosa en la sangre muy bajo. La definición clínica de hipoglucemia es un nivel de glucosa en la sangre inferior a 70 mg/dL.

Informe de vista diaria integrada

La vista de un momento del día de las lecturas de glucosa, la ingesta de carbohidratos y los datos de dosis de insulina.

Intervalo de intercuartiles (IQR)

La distancia entre el percentil 75 y el percentil 25. El IQR es esencialmente el intervalo de la media del 50 % de los datos. Debido a que utiliza el medio 50 %, el IQR no se ve afectado por los valores atípicos o extremos. Cuanto mayor sea la distancia entre los percentiles 25 y 75, mayor será la variabilidad en los datos.

Informe del libro de registro

Un informe OneTouch Reveal[®] que enumera las lecturas de glucosa en la sangre, los datos de la bomba, de la ingesta de carbohidratos y de la insulina en columnas según la hora del día, para un intervalo de fechas seleccionado.

Índice de glucosa baja en la sangre (LBGI)

Una medición para calcular el riesgo de hipoglucemia. Una puntuación de menos de o igual a 1.1 indica un riesgo mínimo, una puntuación por encima de 1.1 a 2.5 indica un riesgo bajo, una puntuación por encima de 2.5 a 5 indica un riesgo moderado y una puntuación superior a 5.0 indica un riesgo alto.

Lecturas de glucosa LOW (bajas)

Cuando aparece "LOW" (o "LO") en mayúsculas en un informe, se refiere a las lecturas de glucosa inferiores al intervalo informable del dispositivo de monitoreo de la glucosa.

Mediana

El valor medio de un conjunto de datos (se toma como el promedio de dos valores medios cuando la secuencia tiene un número par de valores).

Informe resumido del paciente

Un informe OneTouch Reveal[®] que brinda una descripción general de las tendencias y excursiones de la glucosa en la sangre, las mediciones y los regímenes de dosis, y las estadísticas comparativas clave para un intervalo de fechas determinadas.

Mensajes de tendencia

Los mensajes que aparecen en los informes OneTouch Reveal[®] que pueden ayudar a su profesional de la salud a identificar tendencias en los datos del paciente.

PDF

Un formato de documento (formato de documento portátil) que se puede abrir y ver utilizando Adobe[®] Reader[®].

Intervalo de sondeo

El tiempo entre las sesiones de sondeo. El software usa las sesiones de sondeo para buscar los dispositivos conectados a la computadora.

Informe de progreso y libro de registro de 14 días

Esta es una versión del informe OneTouch Reveal[®] que ve en su aplicación móvil que muestra una descripción general del progreso que incluye promedios por mes y un diario de 14 días.

Configuraciones

Personalice los informes OneTouch Reveal[®] para satisfacer sus necesidades.

Cronograma

Un día de 24 horas dividido en ocho períodos que se pueden personalizar para ajustarse a la rutina diaria personal de un individuo.

Desviación estándar (SD)

Una medida de dispersión; es decir, cuánto se dispersan las lecturas en un determinado conjunto alrededor de la media. Una desviación estándar baja significa que las lecturas están estrechamente agrupadas, y una desviación estándar alta significa que están muy dispersas.

Etiquetas

Una nota que se adjunta a una lectura para identificar mejor los datos. La etiqueta puede indicar que la lectura se realizó antes de la comida, después de la comida, en ayuno o a la hora de acostarse.

Intervalo objetivo

El intervalo (dentro de los límites superior e inferior), de los niveles preferidos de glucosa en la sangre.

Período

Los ocho períodos dentro de un período de 24 horas que se utilizan para organizar los datos transferidos a la aplicación web OneTouch Reveal®.

Consejo de la herramienta

Información adicional que aparece al mover el cursor del mouse sobre un campo de texto o icono. No todos los campos de texto o iconos tienen un consejo de la herramienta.

Transferencia

El procedimiento mediante el cual se pasan datos de un dispositivo a la aplicación web OneTouch Reveal®.

Unidad de medida

Hace referencia a mg/dL. Las lecturas de glucosa en la sangre se informan en mg/dL.

Dispositivos admitidos

Para obtener una lista completa de dispositivos admitidos, haga clic en el siguiente enlace: [OneTouchReveal.com/support/es_US/](https://www.onetouchreveal.com/support/es_US/). Puede transferir datos de todos los dispositivos de la lista y obtener las instrucciones de conexión en esta página. Esto también sirve como referencia para las características y funciones disponibles para cada dispositivo compatible.

Para buscar una lista de dispositivos admitidos por la aplicación web OneTouch Reveal®, haga clic con el botón derecho en el icono de la Herramienta de transferencia de datos (🔄) en la bandeja del sistema (PC) o en la barra del menú (Mac). Seleccione **Configuraciones** y, luego, **Dispositivos**. A continuación, puede ver una lista de dispositivos que se admiten en su país.

Solución de problemas

Utilice esta sección de solución de problemas si tiene dificultades para utilizar la aplicación web OneTouch Reveal® o con la transferencia de datos. La sección de solución de problemas enumera los problemas y las soluciones más comunes. Si no puede resolver el problema, intente actualizar su navegador. Si el problema persiste, envíe un correo electrónico a CustomerService@LifeScan.com o llame al 1 866 693-0599 para comunicarse con el Soporte técnico de OneTouch Reveal®.

No es posible transferir datos desde un dispositivo hacia la aplicación web OneTouch Reveal® a través de la Herramienta de transferencia de datos

Si falla la comunicación entre el dispositivo y la aplicación web OneTouch Reveal®, compruebe lo siguiente:

- Asegúrese de tener instalada la Herramienta de transferencia de datos OneTouch Reveal®. La Herramienta de transferencia de datos deberá estar instalada para transferir datos desde un dispositivo compatible hacia la aplicación web OneTouch Reveal®. Consulte [Instalar la Herramienta de transferencia de datos OneTouch Reveal](#) en la página 12 para obtener más información.
- Asegúrese de que el cable utilizado para transferir datos esté bien conectado a la computadora y al dispositivo.

- Asegúrese de tener el cable recomendado por el fabricante del dispositivo para la transferencia de datos. Consulte el Manual del usuario para el dispositivo para obtener más información.
- Asegúrese de transferir datos desde un dispositivo compatible. Para obtener una lista completa de dispositivos admitidos, haga clic en el siguiente enlace: OneTouchReveal.com/support/es_US/.
- Asegúrese de que el dispositivo esté configurado para transferir datos. Como una pauta general, la mayoría de los medidores deben estar desactivados para transferir datos. Para obtener una lista completa de dispositivos admitidos, haga clic en el siguiente enlace: OneTouchReveal.com/support/es_US/.
- Asegúrese de que la herramienta de transferencia de datos OneTouch Reveal® esté configurada para encontrar automáticamente el dispositivo. Consulte [Personalizar las configuraciones de la herramienta de transferencia de datos](#) en la página 14 para obtener más información.
- Seleccione **Encontrar mi dispositivo** en el menú de la herramienta de transferencia de datos para buscar de forma activa el dispositivo. Este menú aparece al hacer clic con el botón derecho en el icono de la Herramienta de transferencia de datos. Consulte [Menú de la Herramienta de transferencia de datos](#) en la página 13 para obtener más información.

No es posible acceder a la aplicación web OneTouch Reveal®

Si no puede acceder a la aplicación web OneTouch Reveal®, compruebe lo siguiente:

- La aplicación web OneTouch Reveal® puede estar temporalmente fuera de servicio. Si este es el caso, aparecerá un mensaje que le notificará que intente iniciar sesión de nuevo en unos minutos. Si el problema persiste, comuníquese con Servicio de atención al cliente. Consulte [Soporte técnico](#) en la página 3 para conocer la información de contacto.
- Un servidor de seguridad puede estar impidiendo que acceda al sitio. Póngase en contacto con el personal de soporte de su computadora o comuníquese con el Servicio de atención al cliente. Consulte [Soporte técnico](#) en la página 3 para conocer la información de contacto.

No aparecen datos en los informes OneTouch Reveal®

Es posible que parezca que faltan datos (por ejemplo, no hay datos disponibles) al visualizar o imprimir informes correspondiente a un intervalo de fechas determinado. Las razones por las que los datos pueden parecer faltar incluyen las siguientes:

- Ha seleccionado un intervalo de fechas de informe para el que no hay datos suficientes. Seleccione un nuevo intervalo de fechas para el informe.
- Los datos se eliminaron durante la transferencia de datos o después de esta. Cuando la fecha en el dispositivo está configurada de forma incorrecta (por ejemplo, hay lecturas que tienen marcas de tiempo con fechas futuras), la aplicación web OneTouch Reveal® ofrece la opción de eliminar los puntos de datos que tengan marcas de tiempo incorrectas. Controle la configuración de la fecha en el dispositivo y revise el [Informe de la lista de datos](#) en la página 26.

Navegador web o Adobe Acrobat Reader no admitido

Su navegador web y la versión de Adobe Acrobat Reader debe aparecer en los Requisitos de software en OneTouchReveal.com/support/es_US/. Si está usando una versión no compatible, es posible que reciba un mensaje de su navegador web o de Adobe® Reader®.

Ha olvidado su contraseña y no puede iniciar sesión en la aplicación web OneTouch Reveal® (cuenta bloqueada)

Una cuenta se bloquea cuando hace cinco intentos para iniciar sesión con un nombre de usuario y una contraseña no válidos. El sistema bloqueará la cuenta durante 15 minutos. Transcurrido ese tiempo, puede volver a intentar iniciar sesión. Se debe ingresar una combinación de nombre de usuario y contraseña válida para acceder a la cuenta.

Si olvidó su contraseña, la página de inicio de sesión de OneTouch Reveal® incluye el enlace [¿Olvidó su contraseña?](#). Haga clic en el enlace e ingrese la dirección de correo electrónico que proporcionó al crear su cuenta. La aplicación web OneTouch Reveal® le enviará un correo electrónico. Siga las instrucciones del correo electrónico para restablecer su contraseña.

Capítulo

5

Detalles del informe

Detalles del informe para su profesional de la salud

NOTA: Si su profesional de la salud no utiliza actualmente la aplicación web OneTouch Reveal[®], imprima una copia de [Detalles del informe para su profesional de la salud](#) en la página 21 y revísenla juntos. Juntos, pueden decidir qué informes llevar a futuras visitas clínicas.

La sección Detalles del informe proporciona una descripción de cada informe y una descripción general de los colores y símbolos, los mensajes de tendencia y notas al pie que pueden aparecer en los informes. Cuando se imprimen los informes, se incluye información adicional, como la identificación del paciente, los intervalos objetivo de los pacientes y el número de serie del dispositivo. Los informes OneTouch Reveal[®] contienen datos de los dispositivos del paciente, como medidores de glucosa y bombas de insulina. Todos los temas de esta sección contienen información que será de utilidad para comprender los informes.

NOTA: Según los datos del paciente, los informes pueden ser diferentes de los ejemplos mostrados en este manual.

Temas en los detalles del informe

[Colores y símbolos en los informes](#) en la página 22

Los informes OneTouch Reveal[®] utilizan una variedad de formatos para presentar datos, entre los que se incluyen gráficos, cuadros, tablas y texto. Los colores y símbolos se utilizan en la presentación de estos datos. Consulte [Colores y símbolos en los informes](#) en la página 22 para obtener más información.

[Mensajes de tendencia](#) en la página 23

La aplicación identifica tendencias y genera mensajes en el Informe de resumen del paciente, el Análisis de excursión, el Informe de adherencia, el Informe de detalles por hora del día y el Informe detalles por día de la semana. Consulte [Mensajes de tendencia](#) en la página 23 para obtener más información.

NOTA: Los mensajes de tendencia solo se generan cuando hay al menos una lectura de glucosa generada dentro del intervalo informable de un dispositivo.

[Notas de pie de página en los informes](#) en la página 23

Bajo ciertas condiciones, los informes incluirán notas al pie. Las notas al pie proporcionan un texto explicativo adicional que se utiliza para ayudar a entender los informes y el contenido. Consulte [Notas de pie de página en los informes](#) en la página 23 para obtener más información.

Descripciones de informe


La aplicación web OneTouch Reveal[®] proporciona nueve informes que respaldan la evaluación del monitoreo de la glucosa y la administración de insulina. Una descripción de cada informe también se incluye en esta sección.

- [Informe resumido del paciente](#) en la página 24
- [Informe de progreso y libro de registro de 14 días](#) en la página 25
- [Informe del análisis de excursión](#) en la página 25
- [Informe de análisis de cumplimiento](#) en la página 25
- [Informe de vista diaria integrada](#) en la página 25
- [Informe del libro de registro](#) en la página 26
- [Informe de la lista de datos](#) en la página 26
- [Informe de detalles por día de la semana](#) en la página 26
- [Informe de detalles por hora del día](#) en la página 27

Colores y símbolos en los informes

Los informes OneTouch Reveal® utilizan una variedad de formatos para presentar datos, entre los que se incluyen gráficos, cuadros, tablas y texto. La mayoría de los informes OneTouch Reveal® se organizan en secciones. En la parte superior de cada sección, aparece una leyenda para cualquier símbolo que pueda utilizarse. No todos los símbolos se utilizan en todos los informes. También se utilizan diferentes colores en los informes al mostrar informes en la pantalla o al imprimir en color. Los colores pueden variar ligeramente entre la pantalla y los informes impresos. Como referencia, estos son los colores y símbolos utilizados en la mayoría de los informes.

Tabla 2: Colores y símbolos en los informes

Propiedad	Símbolo
Sin etiquetar	 Superior al valor objetivo  Dentro del objetivo  Inferior al valor objetivo
BG antes de las comidas	 Superior al valor objetivo  Dentro del objetivo  Inferior al valor objetivo
BG después de las comidas	 Superior al valor objetivo  Dentro del objetivo  Inferior al valor objetivo
BG promedio	
Objetivos generales	
BG en el percentil 25	
BG en el percentil 75	—
Carbohidratos	
Insulina	
Insulina con corrección de BG	
Insulina con corrección de comidas	
Insulina con ambas correcciones	
Insulina sin corrección	
Anulación del bolo hacia arriba	
Anulación del bolo hacia abajo	
Temperatura basal	T
Suspender	--//--
Retomar	-->--

Propiedad	Símbolo
Llenar la cánula	F
Imprimir	P
Tendencia	!

Mensajes de tendencia

Los mensajes de tendencia enumeran las tendencias de monitoreo de glucosa y administración de insulina que se detectaron a partir de los datos del dispositivo del paciente. Los mensajes de tendencia aparecen en el Informe de resumen del paciente, el Análisis de excursión, el Informe de adhesión, el Informe de detalles por hora del día y el Informe de detalles por día de la semana.

NOTA:

- Los mensajes de tendencia solo se generan cuando hay al menos una lectura de glucosa generada dentro del intervalo informable de un dispositivo.
- Los mensajes de tendencia solo deben utilizarse como una guía y no como la única razón para tomar decisiones médicas. Los valores altos y bajos para los rangos objetivo **Antes de comer**, **Después de comer**, y **General** así como los valores para los umbrales **Bajo grave** y **Alto grave** utilizados en la aplicación web OneTouch Reveal[®] pueden personalizarse.
- Tenga en cuenta que las siguientes acciones pueden afectar las tendencias y estadísticas anteriores identificadas:
 - Cambiar el intervalo de glucosa objetivo
 - Eliminar o agregar un dispositivo (esto también elimina o agrega datos del dispositivo)
 - Hacer cambios en las etiquetas de comida en las lecturas de glucosa en la sangre
 - Seleccionar diferentes intervalos de fechas para ver los datos

Para que se identifiquen algunas tendencias, se necesita una cantidad mínima de puntos de datos antes de que aparezca un mensaje. La cantidad de puntos necesarios varía según la tendencia. Se dará prioridad a determinados mensajes sobre los demás, por lo que no se mostrarán todos los mensajes, incluso cuando se activen. Por ejemplo, la hipoglucemia tiene prioridad sobre la hiperglucemia y algunos informes muestran un máximo de tres mensajes de tendencia.

NOTA: Los datos ingresados manualmente no se incluirán en los cálculos usados para generar mensajes de tendencia.

Los mensajes de tendencia se agrupan en seis categorías de mensajes:

- Mensajes de hipoglucemia
- Mensajes de hiperglucemia
- Mensajes de variabilidad
- Mensajes de análisis comparativo
- Mensajes de cumplimiento
- Mensajes de mediciones, dosificación y tendencias de datos

Notas de pie de página en los informes

Bajo ciertas condiciones, los informes incluirán notas al pie que proporcionan información adicional para ayudar a entender los informes y su contenido. Esta tabla incluye las notas de pie de página y las razones por las que se generaron.

Tabla 3: Notas de pie de página

Nota de pie de página	Razones de la nota de pie de página
Los lecturas de glucosa superiores al máximo del dispositivo se han visualizado como "ALTO".	Se generan cuando el informe contiene datos de glucosa por encima de un intervalo de medición definido en un dispositivo en particular.

Nota de pie de página	Razones de la nota de pie de página
Según el valor máximo permitido para un dispositivo, los gráficos y los cálculos estadísticos utilizan un valor máximo de glucosa informado como “ALTO.” El valor es el valor máximo permitido para el dispositivo + 1 mg/dL. Consulte el Manual del usuario de su dispositivo para determinar el valor máximo permitido.	Se generan cuando el informe contiene datos de glucosa por encima de un intervalo de medición definido en un dispositivo en particular.
Según el valor mínimo permitido para un dispositivo, los gráficos y los cálculos estadísticos utilizan un valor mínimo de glucosa informado como “BAJO.” El valor es el valor mínimo permitido para el dispositivo - 1 mg/dL. Consulte el Manual del usuario de su dispositivo para determinar el valor mínimo permitido.	Se generan cuando el informe contiene datos de glucosa por debajo de un margen de medición definido en un dispositivo en particular.
Los indicadores de comida pueden no ser exactos si el reloj del medidor estaba mal configurado o si el paciente no ha cumplido con las entradas de comidas.	Se genera cuando un informe contiene datos de determinados medidores OneTouch®. Consulte el Manual del usuario del dispositivo.
Este informe contiene datos de un dispositivo cuya configuración de fecha u hora estuvo más de 15 minutos fuera de sincronización con el reloj del sistema a la hora de la transferencia de datos. Esto podría afectar la exactitud de los informes.	Se genera cuando se detecta una discrepancia entre el reloj del dispositivo y el reloj del sistema durante la transferencia de datos.
Este informe contiene datos de insulina de múltiples medidores o bombas, lo que puede afectar la exactitud del contenido debido a posibles entradas redundantes.	Se genera cuando un informe contiene datos de insulina de múltiples dispositivos para un paciente.
Este período de informe contiene datos de insulina de un medidor y una bomba. Los datos de insulina del medidor se han excluido de este informe, lo que puede afectar la exactitud del contenido.	Se genera cuando un informe contiene datos de insulina de al menos una bomba y al menos un medidor.

Informe resumido del paciente

Una descripción general de las excursiones y tendencias de glucosa, las mediciones y los regímenes de dosis, y estadísticas comparativas clave para un intervalo de fechas determinado.

Este informe permite un intervalo de 14 días, 30 días, 90 días o un intervalo personalizado.



ADVERTENCIA: Los informes están diseñados para ser utilizados solamente por su profesional de la salud. Revise sus informes con el profesional de la salud que lo atiende antes de hacer cambios a su régimen de cuidado de la diabetes.

Qué contiene este informe

- Tendencias en los datos de glucosa del paciente
- Estadísticas comparativas para ver el control glucémico en el presente período de informe con respecto al período anterior para lo siguiente:
 - promedio de glucosa general
 - valor más bajo
 - valor más alto
 - desviación estándar (si se seleccionó)
 - intervalos de intercuartiles (si se seleccionó)
- Excursiones de glucosa que proporcionan el porcentaje de lecturas por encima, por debajo y dentro del intervalo objetivo
- Glucosa del paciente trazada por hora del día
- Estadísticas de monitoreo y dosificación

Informe de progreso y libro de registro de 14 días

Esta es una versión del informe disponible en la OneTouch Reveal[®], que muestra una visión general del progreso, incluidos los promedios por mes y el diario de 14 días.



ADVERTENCIA: Los informes están diseñados para ser utilizados solamente por su profesional de la salud. Revise sus informes con el profesional de la salud que lo atiende antes de hacer cambios a su régimen de cuidado de la diabetes.

Qué contiene este informe

- Resumen de 14 días en comparación con un período anterior
- Lecturas y tendencias promedio
- 4 tendencias más recientes
- Lecturas y promedios por mes
- Información general del libro de registro

Informe del análisis de excursión

Una descripción general de excursiones, o lecturas de glucosa en la sangre que están por encima o por debajo del **Límites objetivo** del paciente, así como también tendencias de variabilidad.

Este informe permite un intervalo de 14 días, 30 días, 90 días o un intervalo personalizado.



ADVERTENCIA: Los informes están diseñados para ser utilizados solamente por su profesional de la salud. Revise sus informes con el profesional de la salud que lo atiende antes de hacer cambios a su régimen de cuidado de la diabetes.

Qué contiene este informe

- Un gráfico de las excursiones en general
- Un gráfico de las excursiones por hora del día
- Un gráfico de las excursiones por día de la semana

Informe de análisis de cumplimiento

Descripción general de los datos de cumplimiento de las mediciones de glucosa y las actividades de la bomba.

Este informe permite un intervalo de 14 días, 30 días, 90 días o un intervalo personalizado.



ADVERTENCIA: Los informes están diseñados para ser utilizados solamente por su profesional de la salud. Revise sus informes con el profesional de la salud que lo atiende antes de hacer cambios a su régimen de cuidado de la diabetes.

Qué contiene este informe

- Excursiones de glucosa alta y baja
- Hora y dosis de insulina administrada por bolo

Informe de vista diaria integrada

La vista de un momento del día de las lecturas de glucosa, la ingesta de carbohidratos y los datos de dosis de insulina.

Este informe permite un intervalo de 14 días, 30 días, 90 días o un intervalo personalizado.



ADVERTENCIA: Los informes están diseñados para ser utilizados solamente por su profesional de la salud. Revise sus informes con el profesional de la salud que lo atiende antes de hacer cambios a su régimen de cuidado de la diabetes.

Qué contiene este informe

- Integra los datos de los medidores de glucosa en la sangre y los dispositivos compatibles juntos en la vista de un momento del día.

Informe del libro de registro

El Informe del libro de registro combina las lecturas de glucosa en la sangre, las dosis de bolo y otros eventos en una tabla. Cada columna de la tabla de Informe del libro de registro representa una hora (existen dos ciclos de 12 a 11, uno para el horario de la mañana y uno para el de la tarde). Las filas de la tabla representan el día de la semana y la fecha, pero cada uno de estos días se subdivide por filas que muestran datos tales como los niveles de glucosa en la sangre, la dosis de insulina basal y la dosis de insulina en bolo.

Este informe permite un intervalo de 14 días, 30 días, 90 días o un intervalo personalizado.



ADVERTENCIA: Los informes están diseñados para ser utilizados solamente por su profesional de la salud. Revise sus informes con el profesional de la salud que lo atiende antes de hacer cambios a su régimen de cuidado de la diabetes.

Qué contiene este informe

- Una vista de las lecturas de la glucosa por hora del día
- Varias estadísticas, incluidas las siguientes:
 - Valor de glucosa promedio
 - Ingesta de insulina total
 - Datos de carbohidratos totales

Informe de la lista de datos

Una lista completa de todos los eventos para un intervalo de fechas seleccionado.

Este informe permite un intervalo de 14 días, 30 días, 90 días o un intervalo personalizado.



ADVERTENCIA: Los informes están diseñados para ser utilizados solamente por su profesional de la salud. Revise sus informes con el profesional de la salud que lo atiende antes de hacer cambios a su régimen de cuidado de la diabetes.

Qué contiene este informe

- Una extensa lista de datos capturados por el dispositivo, que se puede ordenar según lo siguiente:
 - fecha registrada o en el orden en que se realizaron las lecturas
 - tipo de resultado
 - número de serie

Informe de detalles por día de la semana

Un resumen de la glucosa, la ingesta de insulina y carbohidratos según el día de la semana, para un intervalo de fechas seleccionado.

Este informe permite un intervalo de 14 días, 30 días, 90 días o un intervalo personalizado.



ADVERTENCIA: Los informes están diseñados para ser utilizados solamente por su profesional de la salud. Revise sus informes con el profesional de la salud que lo atiende antes de hacer cambios a su régimen de cuidado de la diabetes.

Qué contiene este informe

- Gráfico de la glucosa por día de la semana
- Estadísticas clave para cada día de la semana, incluidas las siguientes:
 - Valor más alto
 - Valor más bajo
 - Valor medio
 - Valor de glucosa promedio
 - Desviación estándar
 - El número total de resultados

- Gráficos de dosificación de insulina y datos de ingesta de carbohidratos por día de la semana
- Estadísticas de insulina para cada día de la semana

Informe de detalles por hora del día

Un resumen de la glucosa, la ingesta de insulina y carbohidratos según la hora del día, para un intervalo de fechas seleccionado.

Este informe permite un intervalo de 14 días, 30 días, 90 días o un intervalo personalizado.



ADVERTENCIA: Los informes están diseñados para ser utilizados solamente por su profesional de la salud. Revise sus informes con el profesional de la salud que lo atiende antes de hacer cambios a su régimen de cuidado de la diabetes.

Qué contiene este informe

- Gráfico de glucosa por hora del día
- Estadísticas clave para cada período durante el día, incluidas las siguientes:
 - Valor más alto
 - Valor más bajo
 - Valor medio
 - Valor de glucosa promedio
 - Desviación estándar
 - El número total de resultados
- Gráfico de dosificación de insulina y datos de ingesta de carbohidratos por hora del día
- Administración de insulina e ingesta de carbohidratos para cada período del día

Acerca de

© 2018–2021 LifeScan IP Holdings, LLC.

AW# 07248301F



Fabricado por:
LifeScan Europe GmbH
Gubelstrasse 34
6300 Zug
Switzerland

Patente: <https://www.onetouch.com/patents>

El programa de software de OneTouch Reveal[®] está protegido por el derecho de autor. La descarga o compra del software no otorga licencia de uso de ningún otro producto de LifeScan.

Fecha de rev.: 09/2021

Índice

C

Cambiar el intervalo de fechas del informe [10](#)
 Cambiar su contraseña [8](#)
 Cambiar su cronograma de la franja horaria [7, 9](#)
 Cambiar valores objetivo de glucosa [7, 8](#)
 Cambie su dirección de correo electrónico [8](#)
 Cargar datos del dispositivo [12](#)
 Colores y símbolos en los informes [21, 22](#)
 Configuraciones [7](#)
 Cuando su dependiente cumpla 18 años [6](#)

D

Descargar un informe [11](#)
 Detalles del informe para su profesional de la salud [21](#)
 Dispositivos admitidos [19](#)

E

Editar cronograma [9](#)
 Editar idioma [8](#)
 Editar información de contacto [8](#)
 Editar información de la clínica [9](#)
 Editar la información general [7](#)
 Editar niveles de glucosa objetivo [8](#)
 Editar perfil [7](#)
 Enlace de perfil [7](#)

G

Glosario [16](#)
 Guardar informes [11](#)

H

Herramienta de transferencia de datos [12](#)
 Herramienta de transferencia de datos, instalar [12](#)
 Herramienta de transferencia de datos, limpiar dispositivo [14](#)
 Herramienta de transferencia de datos, personalizar configuraciones [14](#)
 Herramienta de transferencia de datos, pestañas [14](#)
 Herramienta de transferencia de datos, transferencia de datos [12](#)

I

Iconos [4](#)
 Impresión de informes [11](#)
 Imprimir informes [11](#)
 Imprimir y guardar informes [11](#)
 Información general [3](#)
 Informe de análisis de cumplimiento [25](#)
 Informe de detalles por día de la semana [26](#)
 Informe de detalles por hora del día [27](#)
 Informe de la lista de datos [26](#)
 Informe de vista diaria integrada [25](#)
 Informe del análisis de excursión [25](#)
 Informe del libro de registro [26](#)
 Informe resumido del paciente [24](#)
 Informe, adherencia [25](#)
 Informe, análisis de excursión [25](#)
 Informe, detalles por día de la semana [26](#)

Informe, detalles por hora del día [27](#)
 Informe, libro de registro [26](#)
 Informe, lista de datos [26](#)
 Informe, resumen del paciente [24](#)
 Informe, vista diaria integrada [25](#)
 Informe: informe de progreso y libro de registro de 14 días [25](#)
 Inicie sesión como tutor de un dependiente [5, 6](#)
 Instalar la Herramienta de transferencia de datos [12](#)
 Instrucciones de tareas de la pestaña, pestaña Informes [10](#)

L

Limpiar dispositivo [13, 14](#)

M

Mensajes de tendencia [21, 23](#)
 Menú de la Herramienta de transferencia de datos [13](#)
 Menú de la Herramienta de transferencia de datos, ayuda [13](#)
 Menú de la Herramienta de transferencia de datos, configuraciones [13](#)
 Menú de la Herramienta de transferencia de datos, encontrar mi dispositivo [13](#)
 Menú de la Herramienta de transferencia de datos, limpiar dispositivo [13](#)
 Menú de la Herramienta de transferencia de datos, salir [14](#)
 Menú de la Herramienta de transferencia de datos, ver registros [13](#)
 Menú de la Herramienta de transferencia de datos: configuraciones de comunicación del dispositivo [13](#)

N

Navegación [4](#)
 Notas de pie de página en los informes [21, 23](#)

O

Opciones de configuraciones [7](#)

P

Página de aterrizaje de sus informes [10](#)
 Personalizar las configuraciones de la herramienta de transferencia de datos [14](#)

R

Regístrese para usted mismo [5](#)
 Requerimientos de hardware [3](#)
 Requerimientos de software [3](#)
 Requisitos del sistema [3](#)

S

Seleccionar idioma [8](#)
 Solución de problemas [19](#)
 Solución de problemas: cuenta bloqueada [20](#)
 Solución de problemas: navegador web o Adobe Acrobat Reader no admitido [20](#)
 Solución de problemas: no aparecen datos en los informes [20](#)
 Solución de problemas: no es posible acceder a la aplicación web [20](#)
 Solución de problemas: no es posible transferir datos [19](#)

Soporte técnico [3](#)
Sus informes [10](#)

T

Transferir datos [12](#)

U

Uso previsto [3](#)

V

Ver informes [10](#)
Ver un informe diferente [10](#)